

Уважаемые партнёры!

Компания «ИнвоТекс» рада представить вам набор для капиллярного контроля R-Тест собственного производства. Мы постоянно проводим работу по улучшению качества наших изделий и просим вас поучаствовать в этом процессе. Заполните, пожалуйста, анкету - отзыв о проведенных испытаниях, при этом просим Вас быть максимально объективными! Заранее признательны за проделанную работу!

Организация: ООО «Траектория-Сервис»
 Контактное лицо: Моисеев Виктор Николаевич
 Контактный телефон: 8-927-010-55-95; 8-906-1-262-434

Типовые объекты контроля (сварные швы, литье, арматура или указать другое):

Комментарии:

Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале качественные характеристики материалов, где 1 балл – абсолютно неудовлетворительный результат, а 10 баллов – характеристика не требует доработки.

1. Распыление материалов

Распыление очистителя ОС-41:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Распыление пенетранта ПС-42:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Распыление проявителя ПС-43:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Комментарии: Устраивает

2. Соответствие классу чувствительности, выявление дефектов на объекте контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Комментарии: соответствует

3. Смываемость пенетранта ПС-42 с контрольных образцов и объектов контроля

Водой:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Очистителем ОС-41:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Комментарии: Мы использовали пенетрант Клевер смывается отлично Очист. ОС-41

4. Внешний вид продукции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Комментарии:

5. Запах, прочие органолептические показатели

Очиститель ОС-41:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Пенетрант ПС-42:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Проявитель ПС-43:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Комментарии: *Удовлетворительно*

6. Каким набором расходных материалов пользуетесь на данный момент?

Комментарии: *Клевер, Магнафлюх, Helling*

7. Готовы ли Вы применять набор для капиллярного контроля R-Тест на производстве?

Да

Нет

Комментарии: *По договорённости и цены*

8. Прочие пожелания к набору R-Тест для капиллярного контроля.

Комментарии: *Нам очень необходимы пенный очиститель резьбы от смазки и прочей грязи, в условиях холода и в условиях буровой.*

Анкету заполнил: *Инженер-специалист НК* *Буб* | *Маисеев В.Н.*
должность подпись ФИО

« 14 » 12 2017 г.

Дата заполнения

Заполненный опросный лист просим направить в наш адрес одним из следующих способов:

- по электронной почте на адрес info@invotecs.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.11

Желаем профессиональных успехов Вам и вашей организации!