



Уважаемые партнёры!

Компания «ИнвоТекс» рада представить вам набор для капиллярного контроля R-Тест собственного производства. Мы постоянно проводим работу по улучшению качества наших изделий и просим вас поучаствовать в этом процессе. Заполните, пожалуйста, анкету - отзыв о проведенных испытаниях, при этом просим Вас быть максимально объективными! Заранее признательны за проделанную работу!

Организация: ЗАО «НПЦ «Сибнефтегаздиагностика»  
Контактное лицо: Каганчик АНК - Ваганов Алексей  
Контактный телефон: +7 9088735143

Типовые объекты контроля (сварные швы, литьё, арматура или указать другое):

Комментарии: уплотнения насосов; импульсные трубки.

Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале качественные характеристики материалов, где 1 балл – абсолютно неудовлетворительный результат, а 10 баллов – характеристика не требует доработки.

**1. Распыление материалов**

Распыление очистителя ОС-41:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>
Распыление пенетранта ПС-42:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>
Распыление проявителя ПС-43:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>

Комментарии:

**2. Соответствие классу чувствительности, выявление дефектов на объекте контроля**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

Комментарии:

**3. Смыываемость пенетранта ПС-42 с контрольных образцов и объектов контроля**  
Водой:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Очистителем ОС-41:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

Комментарии:

**4. Внешний вид продукции**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

Комментарии:



192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.11,  
 Бизнес-центр «Хрустальный»  
 Тел.: +7 812 642-32-25  
 e-mail: info@invotecs.ru

**5. Запах, прочие органолептические показатели**

Очиститель ОС-41:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>
Пенетрант ПС-42:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>
Проявитель ПС-43:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>

Комментарии:

**6. Каким набором расходных материалов пользуетесь на данный момент?**

Комментарии: Karl Deutsch

**7. Готовы ли Вы применять набор для капиллярного контроля R-Тест на производстве?**

Да  Нет

Комментарии:

**8. Прочие пожелания к набору R-Тест для капиллярного контроля.**

Комментарии: Баллоны с очистителем и проявителем сделать большего объема, т.к. пенетрант еще остается, а проявитель уже закончился.

Анкету заполнил: Нагагинский А.И. /  / Ваганов А.А. /  
 должность подпись ФИО

« 15 » 12 2017 г.  
 Дата заполнения

Заполненный опросный лист просим направить в наш адрес одним из следующих способов:

- по электронной почте на адрес info@invotecs.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.11

Желаем профессиональных успехов Вам и вашей организации!